

【事例 19】マンモームで採取した検体のみを撮影する X 線装置の届出をしていない場合

○指導事項:マンモームで採取した検体のみを X 線撮影する装置についても、一般的な X 線撮影装置同様に、設置届を提出し、適正な管理をすること

○関係法規:医療法第 15 条

医療法第 21 条

医療法施行規則第 24 条の 2 エックス線装置の届出

電離放射線障害防止規則第 15 条 放射線装置室

労働安全衛生法第 88 条第 1 項 計画の届出等

労働安全衛生規則第 85 条 計画の届出をすべき機械等

別表第七の 21 項 第 85 条、第 86 条関係

※関係法令一覧

医療法第 15 条

1 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

2 助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

3 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

医療法第 21 条

1 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。))及び第十二号に掲げる施設にあっては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者

二 各科専門の診察室

三 手術室

四 処置室

五 臨床検査施設

六 エックス線装置

七 調剤所

八 給食施設

九 診療に関する諸記録

十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分べん室及び新生児の入浴施設

十一 療養病床を有する病院にあっては、機能訓練室

十二 その他都道府県の条例で定める施設

2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)
及び第三号に掲げる施設にあっては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及
び施設を有しなければならない。

一 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護
師及び看護の補助その他の業務の従業者

二 機能訓練室

三 その他都道府県の条例で定める施設

3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及
びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定め
るものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

医療法施行規則第 24 条の 2(エックス線装置の届出)

病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同
じ。))が 10kV 以上であり、かつ、その有するエネルギーが 1MeV 未満のものに限る。以下「エック
ス線装置」という。)を備えたときの法第 15 条第三項の規定による届出は、10 日以内に、次に掲げ
る事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。

一 病院又は診療所の名称及び所在地

二 エックス線装置の製作者名、型式及び台数

三 エックス線高電圧発生装置の定格出力

四 エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防
措置の概要

五 エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名
及びエックス線診療に関する経歴

電離放射線障害防止規則第 15 条(放射線装置室)

1 事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以
下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側
における外部放射線による 1cm 線量当量率が $20 \mu\text{Sv}$ 毎時を超えないように遮へいされた構造の放射
線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射
線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困
難である場合には、この限りでない。

一 エックス線装置

二 荷電粒子を加速する装置

三 エックス線管若しくはケノトロン¹のガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を
行う装置

四 放射性物質を装備している機器

2 事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3 第 3 条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

労働安全衛生法第 88 条(計画の届出等)

1 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第 28 条の 2 第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

5 前三項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事の数回の請負契約によって行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。

6 労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

労働安全衛生規則第 85 条(計画の届出をすべき機械等)

法第 88 条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

- 一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木

又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第 37 条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。))を除く)で、6 月未満の期間で廃止するもの

二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が 60 日未満のもの

別表第七(第 85 条、第 86 条関係)

機械等の種類	事項	図面等
二十一 電離則第 15 条第一項の放射線装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)第 12 条の 5 第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。)	放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要	一 管理区域を示す図面 二 放射線装置摘要書(様式第 27 号)

※保健所よりのお願い

取扱業者や他県では届出が不要としているところも有るようですが、大分県では、通常の X 線装置と同様の届出、管理を必要とします。

必ず、X 線装置の設置届を提出し、適正に管理をしてください。

平成30年11月12日 大分県東部保健所 検査課 診療放射線担当作成

